КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТЕТРОН-25010E Лабораторный источник питания 250 В 10 А

Артикул: 107868



Цена с НДС 22%

159 060 руб.

132 550 руб. без НДС

Срок отгрузки

В наличии

Описание

ТЕТРОН-25010E является лабораторным источником питания. Максимальное выходное напряжение составляет **250 вольт**, максимальный выходной ток составляет **10 ампер**. Прибор работает в режимах стабилизации напряжения и тока и отличается низким уровнем пульсаций.

Четыре LED-индикатора одновременно отображают напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки. Точная регулировка упрощает установку параметров. Отдельная кнопка позволяет включать и отключать выходное напряжение без выключения самого прибора.

Источник оснащен защитами от превышения напряжения, тока, мощности и перегрева, а также активной системой охлаждения. В комплекте — паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке. Возможно изготовление источника питания с требуемыми значениями напряжения и тока.

Характеристики

Выходное напряжение	0-250 В
Выходной ток	0-10 А
Выходная мощность	2500 Вт
Разрешение установки тока и напряжения	10 мА; 100 мВ
Режимы работы	стабилизация напряжения и тока
Дисплей	4 LED-индикатора: напряжение, ток, мощность и сопротивление нагрузки
Настройка параметров	грубая и точная регулировка напряжения и тока
Управление выходом	включение и отключение выходного напряжения отдельной кнопкой
Защиты	от превышения напряжения, тока и мощности, от перегрева
Охлаждение	воздушное, активное, с автоматическим включением вентилятора
Питание	однофазная сеть 220 В ±10 %, 50 Гц
Габаритные размеры	250 × 155 × 330 мм — для моделей до 2400 Вт; 250 × 155 × 410 мм — для моделей свыше 2400 Вт (Ш × В × Г)
Масса	6 кг — для моделей до 2400 Вт; 9 кг — для моделей свыше 2400 Вт
Технические условия (ТУ)	ТУ 27.90.40-003-48526697-2018

Комплектность

	Источник питания E-серии	Кол-во: 1
	Паспорт изделия с отметкой ОТК	Кол-во: 1
	Сертификат о калибровке	Кол-во: 1
	Методика калибровки источников питания (электронно)	Кол-во: 1