КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# ТЕТРОН РСП-3-8 Реостат сопротивления 165 Ом 1,4 А

**Артикул: 109038**



Цена с НДС 22%

**35 280 руб.**

29 400 руб. без НДС

Срок отгрузки

40 дней

## Описание

**ТЕТРОН РСП-3-8** является ползунковым реостатом для изменения сопротивления, силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока. Диапазон регулирования сопротивления составляет от **0 до 165 Ом**, максимальный ток составляет **1,4 ампера**.

Ползунковый механизм обеспечивает плавную бесступенчатую регулировку сопротивления. Шкала MIN/MAX позволяет контролировать положение ползунка. Металлический корпус закрывает токоведущие элементы, а вентиляционные отверстия обеспечивают естественный отвод тепла.

Каждый реостат проходит выходной контроль. В комплекте — паспорт с отметкой ОТК и сертификат о калибровке, оформленный на конкретное серийное изделие. Возможно изготовление реостата с требуемыми значениями сопротивления и тока.

# Характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон регулирования сопротивления | от 0 до 165 Ом |
| Максимальный ток | 1,4 А |
| Мощность | 300 Вт |
| Назначение | регулирование сопротивления, силы тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока |
| Рабочее напряжение | 400 В постоянного тока; 380 В переменного тока, 50 Гц |
| Режим работы | длительный |
| Регулировка сопротивления | ползунковый механизм, плавная бесступенчатая регулировка |
| Шкала | условная шкала MIN/MAX для контроля положения ползунка |
| Контроль сопротивления | внешним омметром |
| Конструкция | проволочный резистивный элемент на керамической основе, металлографитовые щётки |
| Подключение | выводы регулируемого сопротивления, дополнительный вывод постоянного сопротивления, заземление корпуса |
| Охлаждение | естественное воздушное |
| Сопротивление изоляции | не менее 1 ГОм при 2500 В постоянного тока |
| Исполнение | корпусное, ползункового типа |
| Габаритные размеры | 485 × 160 × 100 мм (Ш × В × Г) |
| Масса | не более 3,2 кг |

# Комплектность

| | | |
|---|---|---|
|  | Реостат сопротивления РСП-серии | Кол-во: 1 |
|  | Паспорт изделия с отметкой ОТК | Кол-во: 1 |
|  | Сертификат о калибровке | Кол-во: 1 |